

CATALOGO DE LABORATORIOS
Facultad Ciencias Exactas y Tecnología

53	Nitrógeno Orgánico c. NH ₄	mg/l	Kjeldahl(4500-Norg A)	5
54	Olor	NUO	Organoléptico (2150 B)	1
55	Oxígeno Disuelto	mg/l	Electrodo de Membrana (4500-OG)	0,1
56	pH	Dimensio- nal	Electrométrico(4500-H+ B)	1,00a13,00
57	Plomo	mg/l	Fotométrico Azul de Metileno (3500-Pb D)	0,1
58	Sabor	NUS	Organoléptico (2160 A)	1
59	Salinidad	g/kg	Argentométrico (210C)	4
60	Sílice c SiO ₂	mg/l	Espectrometría (4500-Si D)	1
61	Sólidos Sedimentables totales	Mg/l	Conos Imhoff (2540-F)	0,1
62	Sólidos Totales a 105°C	mg/l	Gravimetría (2540-B)	1
63	Sólidos Totales a 550°C	mg/l	Gravimetría (2540-E)	1
64	Sólidos Tot. Volátiles a 550 °C	mg/l	Gravimetría (2540-E)	1
65	Sólidos Suspend. Tot. a 105 °C	mg/l	Gravimetría (2540-D)	1
66	SólidosSuspend. Tot. a 550°C	mg/l	Gravimetría	1
67	SólidosSuspend. Volátiles a 550°C	mg/l	Calculo (2540-E)	1
68	SólidosSusp. Fijos a 550°C	mg/l	Calculo (2540-E)	1
69	Sólidos Disueltos Totales a 180°C	mg/l	Gravimétrico (2540-C)	1
70	Sulfatos c. SO ₄	mg/l	Colorimetría (4500-SO ₄ E)	5
71	Sulfito c SO ₃	mg/l	Volumétrico (4500-SO ₃ -B)	2
72	Sulfuro Total	mg/l	Fotométrico(4500- S D)	1
73	Tanino y Lignina	mg/l	Espectofotométrico 5550 B	0,1
74	Temperatura	°C	Termómetro (2550-B)	-10 a 150
75	Turbidez	NTU	Nefelométrico (2130- B)	0,01
76	TPH	mg/l	EPA-418,1 Infrarrojo	1
77	Zinc	mg/l	Fotométrico (3500-Zn D)	0,2

* Métodos normalizados para análisis de aguas potables y residuales: APHA, AWWA Y WPCF,

** para un Cloro Residual de 0.25 mg/l

* Métodos normalizados EPA. Ed. March 1983